

Edital de Pregão Presencial Nº 79
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 05/10/2018, as 14:00:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 24433/6 com o objetivo de Pregoeiro e Equipe de Apoio tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 79 destinado a Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos odontológicos e outros em atendimento as necessidades da SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I)..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

411376 CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CNPJ: 20.444.829/0001-90
411128 DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	CNPJ: 07.832.100/0001-23
10233 DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	CNPJ: 14.720.688/0001-99
7781 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	CNPJ: 92.037.480/0001-83
411755 SELIA M. HERMANN S	CNPJ: 29.806.057/0001-64
411378 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI	CNPJ: 22.392.045/0001-91

ITEM 1 - Autoclave, indicada para esterilização a vapor sob pressão. Com no mínimo as seguintes especificações:

- Digital
- Bivolt automático - 127/220V
- No mínimo 21 sistemas de segurança
- Tampa e câmara em aço inóx
- Sem reservatório
- Programa único de esterilização
- Desaeração e despressurização automática
- No mínimo 03 (três) bandejas anodizado
- Potência mínima: 1.600 Watts
- Frequência mínima: 50/60 Hz
- Tamanho mínimo: 21 litros
- Garantia mínima: 01 (um) ano

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
7781	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Sim	3.100,0000
411376	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	2.890,0000
10233	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	2.862,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,0000	2.860,0000	
1	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,0000	2.850,0000	
1	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	2.845,0000	
2	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,0000	2.840,0000	
2	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,0000	2.800,0000	
2	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	2.790,0000	
3	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	2.840,0000
3	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,0000	2.780,0000	
3	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Desistiu	Desistiu	2.790,0000

O licitante CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME pelo valor de R\$ 2.780,0000 (dois mil setecentos e oitenta reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 79
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 2 - Compressor de ar, totalmente isento de óleo, sem necessidade de lubrificação. Com no mínimo as seguintes especificações:

- baixo nível de ruído;
- pressostato com chave geral liga/desliga;
- válvula de segurança;
- relé térmico;
- no mínimo dois manômetros;
- filtro de ar;
- filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório);
- com no mínimo dois refis;
- mangueira do motor metálica e flexível;
- válvula de alívio;
- monofásico - 220V
- frequência mínima do motor: 60 Hz
- fluxo de ar (vazão efetiva) no mínimo: 188 l/min (6,6,pc/min)
- capacidade mínima do reservatório: 45 litros
- potência mínima (motor): 1,13 CV (840W)
- velocidade de rotação do motor: no mínimo 1750 RPM
- no mínimo 04 polos do motor
- no mínimo 02 pistões
- garantia mínima de 01 (um) ano.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
411128	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	Sim	2.638,0000
411376	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	2.100,0000
10233	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	2.100,0000
411378	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI	Sim	1.885,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	Desistiu	Desistiu	2.638,0000
1	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,0000	1.880,0000	
1	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	1.850,0000	
1	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI	0,0000	1.840,0000	
2	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,0000	1.839,0000	
2	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	1.835,0000	
2	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI	0,0000	1.830,0000	
3	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,0000	1.829,0000	
3	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Desistiu	Desistiu	1.835,0000
3	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI	0,0000	1.820,0000	
4	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	1.829,0000

O licitante VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI pelo valor de R\$ 1.820,0000 (um mil oitocentos e vinte reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 79
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 3 - Gabinete Odontológico completo, com no mínimo as seguintes descrições:

Cadeira:

PT/VZ (posição de trabalho/volta à zero) totalmente automática;
Assento e encosto com movimentos de subida e descida;
Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm;
Encosto com largura mínima de 60 cm e apoio lombar;
Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento;
Sistema pantográfico de elevação;
Braço direito e esquerdo;
Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade);
Encosto de cabeça biarticulado;
Base da cadeira em chapa de aço maciça, no mínimo 3/8 polegadas de espessura;
Encosto e base do assento em vergalhão e chapa em aço;
Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias em aço;
Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação;
Superfícies aparentes com pintura lisa;
Transformador de 12V para alimentação do refletor;
Relé de partida e fusível de proteção;
Estofamento, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, ambos revestido em PVC, lavável e sem costura;
Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127V) - 5 A (220/240V)
Fusível de proteção do circuito: 5 A

Equipo:

Kart, sobre rodas;
Linhas arredondadas;
Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP);
Suporte de pontas;
Alma estrutural em aço.
Corpo e capas em ABS;
Bandeja em aço inox;
Terminal para micromotor sem spray;
Terminal para alta rotação;
Seringa tríplice;
Mangueiras lisas, leves e flexíveis.
Unidade auxiliar:
Acoplada à cadeira, com cuba de cuspeira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo).
Porta-copos;
Abertura lateral e removível;
Ralo separador de detritos;
Corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes);
Um terminal para sucção (Sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas);
Suporte de pontas;
Separadores de detritos e tela de aço inox;
Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos;
Chassi em aço pintado;
Revestimento externo em poliestireno;
Suporte da unidade em aço pintado.
Refletor
Monofocal, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira;
Cabeçote com puxador incorporado;
Espelho multifacetado com tratamento multicoating (produz luz fria distribuída de maneira uniforme);
Temperatura de cor 5.500 graus Kelvin (aproximadamente);
Campo de iluminação de no mínimo 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux.
Sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente;
Braços com linhas arredondadas e pintura lisa;
Lâmpada Halógena: 12V x 55W;
Fusível de proteção: 6A.

Informação técnica

Comprimento máximo: 187 cm
Largura máxima: 95 cm
Altura máxima: 190 cm
Peso líquido no mínimo: 111 kg
Voltagem: 220V

Garantia mínima de 12 meses para o conjunto e de no mínimo 06 meses para o estofamento.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Edital de Pregão Presencial Nº 79
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
411755	SELIA M. HERMANNNS	Sim	9.700,0000
411128	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	Sim	9.680,0000
7781	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Sim	9.476,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SELIA M. HERMANNNS	0,0000	9.475,0000	
1	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	0,0000	9.470,0000	
1	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,0000	9.460,0000	
2	SELIA M. HERMANNNS	Desistiu	Desistiu	9.475,0000
2	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	0,0000	9.455,0000	
2	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,0000	9.450,0000	
3	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	0,0000	9.449,0000	
3	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	9.450,0000
4	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	0,0000	9.440,0000	

O licitante DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT pelo valor de R\$ 9.440,0000 (nove mil quatrocentos e quarenta reais).

ITEM 6 - Seladora Manual odontológica de no mínimo 30 cm.

Com alça de apoio para selagem

Com proteção térmica

Depois de aquecida, selamento instantâneo em 3 segundos.

Chassi metálico de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática

Área de selagem em aço inoxidável.

Aquecimento uniforme em toda a área de selagem.

No mínimo 30 cm por 12mm, contínuos, de área livre para selagem.

Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação.

Não necessita manutenções medidor de velocidade.

Alimentação: 220 v

Tempo de pré aquecimento em média de 7 minutos.

Tempo de selagem após aquecida em média 3 segundos

Potência mínima de 50 w na área de selagem

Garantia mínima de 01 (um) ano

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
411128	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	Sim	198,0000
411378	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI	Sim	188,5000
411755	SELIA M. HERMANNNS	Sim	186,0000
10233	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	180,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	Desistiu	Desistiu	198,0000
1	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI	0,0000	175,0000	
1	SELIA M. HERMANNNS	0,0000	170,0000	
1	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	165,0000	
2	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI	Desistiu	Desistiu	175,0000
2	SELIA M. HERMANNNS	0,0000	160,0000	
2	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	155,0000	
3	SELIA M. HERMANNNS	0,0000	152,0000	
3	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	150,0000	
4	SELIA M. HERMANNNS	Desistiu	Desistiu	152,0000

O licitante DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA pelo valor de R\$ 150,0000 (cento e cinquenta reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 79
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

**ITEM 7 - Suporte para rolos de esterilização, para bobinas de papel grau cirúrgico de até 30 cm. Adaptável para vários tamanhos de rolos de papel grau cirúrgico com tamanhos de 5 até 30 cm. Próprio para fixação em paredes. Na cor branca
Pintura eletrostática
Em metal
Garantia mínima de 1 ano.**

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
7781	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Sim	95,0000
10233	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	87,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,0000	85,0000	
1	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	80,0000	
2	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Desistiu	Desistiu	85,0000

O licitante DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA pelo valor de R\$ 80,0000 (oitenta reais).

**ITEM 8 - Ultrassom odontológico, remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supra gengival. Sem Bomba Peristáltica. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Acompanha duas capas da caneta. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Ajuste no painel
Executa procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária
Acompanha as pontas T1, T2 e T3.
Frequência do ultrassom: 32.000 Hz
Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI
Alimentação: Bivolt 127V/220V
Frequência: 50/60 Hz
Fusível: 1A 127V / 220V
Potência: 60 VA**

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
10233	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	1.730,0000
411755	SELIA M. HERMANNNS	Sim	1.580,0000
411128	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	Sim	1.572,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	1.570,0000	
1	SELIA M. HERMANNNS	0,0000	1.500,0000	
1	DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT	Desistiu	Desistiu	1.572,0000
2	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	1.495,0000	
2	SELIA M. HERMANNNS	0,0000	1.480,0000	
3	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	1.450,0000	
3	SELIA M. HERMANNNS	0,0000	1.420,0000	
4	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,0000	1.400,0000	
4	SELIA M. HERMANNNS	0,0000	1.390,0000	
5	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Desistiu	Desistiu	1.400,0000

O licitante SELIA M. HERMANNNS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor SELIA M. HERMANNNS pelo valor de R\$ 1.390,0000 (um mil trezentos e noventa reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 79
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Sobre a documentação dos licitantes: As empresas vencedoras apresentaram toda a documentação exigida para a Habilitação de acordo com o exigido no Edital, restando, a ambas habilitadas. Os representantes legais das empresas participantes declararam abrir mão do prazo recursal.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 15:30 horas do dia 5 de Outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

Maristela Teresinha Siqueira da Silva

-  Pregoeiro

hiamara rodrigues rodrigues

Georgia Patrícia do Nascimento Lima

-  Oficial Administrativo

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

FABIO DUARTE PEREIRA

-  Representante

NILTON SANTOS DUARTE

-  Representante

MARCOS FERNANDO FACCHINELLO

-  Representante

ANDRE KARPISCHIN DE SOUZA




-  Representante

RODRIGO CAPELLARI

-  Representante

MARIO CESAR MATOS PINHEIRO

-  Representante

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 79/2018 - PR

Processo Administrativo: 144/2018
Processo de Licitação: 144/2018
Data do Processo: 17/09/2018

Folha: 1/4

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos odontológicos e outros em atendimento as necessidades da SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 5 de Outubro de 2018, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 24433/6, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 144/2018, Licitação nº 79/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Os itens 04 e 05 foram cotados acima do termo de referência, não havendo vencedores para estes. As empresas credenciadas apresentaram propostas financeiras de acordo com o exigido no edital. Restando todas classificadas com melhores ofertas, exceto a empresa FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

Participante: 10233 - DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	Seladora Manual odontológica de no mínimo 30 cm. Com alça de apoio para selagem Com proteção térmica Depois de aquecida, selamento instantâneo em 3 segundos. Chassi metálico de aço com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi eletrostática Área de selagem em aço inoxidável. Aquecimento uniforme em toda a área de selagem. No mínimo 30 cm por 12mm, contínuos, de área livre para selagem. Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação. Não necessita manutenções medidor de velocidade. Alimentação: 220 v Tempo de pré aquecimento em média de 7 minutos. Tempo de selagem após aquecida em média 3 segundos Potência mínima de 50 w na área de selagem Garantia mínima de 01 (um) ano	UN	6,00	BIOTRON	0,0000	150,00	900,00
7	Suporte para rolos de esterilização, para bobinas de papel grau cirúrgico de até 30 cm. Adaptável para vários tamanhos de rolos de papel grau cirúrgico com tamanhos de 5 até 30 cm. Próprio para fixação em paredes. Na cor branca Pintura eletrostática Em metal Garantia mínima de 1 ano.	UN	20,00	BIOTRON	0,0000	80,00	1.600,00

Total do Participante -----> 2.500,00

\$

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 79/2018 - PR

Processo Administrativo: 144/2018
Processo de Licitação: 144/2018
Data do Processo: 17/09/2018

Folha: 2/4

Participante: 411128 - DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Gabinete Odontológico completo, com no mínimo as seguintes descrições: Cadeira: PT/VZ (posição de trabalho/volta à zero) totalmente automática; Assento e encosto com movimentos de subida e descida; Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm; Encosto com largura mínima de 60 cm e apoio lombar; Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; Sistema pantográfico de elevação; Braço direito e esquerdo; Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade); Encosto de cabeça biarticulado; Base da cadeira em chapa de aço maciça, no mínimo 3/8 polegadas de espessura; Encosto e base do assento em vergalhão e chapa em aço; Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias em aço; Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; Superfícies aparentes com pintura lisa; Transformador de 12V para alimentação do refletor; Relé de partida e fusível de proteção; Estofamento, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, ambos revestido em PVC, lavável e sem costura; Fusível de proteção de rede (entrada): 10 A (110/127V) - 5 A (220/240V) Fusível de proteção do circuito: 5 A Equipo: Kart, sobre rodas; Linhas arredondadas; Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP); Suporte de pontas; Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS; Bandeja em aço inox; Terminal para micromotor sem spray; Terminal para alta rotação; Seringa triplíce; Mangueiras lisas, leves e flexíveis. Unidade auxiliar: Acoplada à cadeira, com cuba de cuspeira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). Porta-copos; Abertura lateral e removível; Ralo separador de detritos; Corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes); Um terminal para sucção (Sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas); Suporte de pontas; Separadores de detritos e tela de aço inox; Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos; Chassi em aço pintado; Revestimento externo em poliestireno; Suporte da unidade em aço pintado. Refletor Monofocal, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabecote com puxador incorporado; Espelho multifacetado com tratamento multicoating (produz luz fria distribuída de maneira uniforme); Temperatura de cor 5.500 graus Kelvin (aproximadamente); Campo de iluminação de no mínimo 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente; Braços com linhas arredondadas e pintura lisa; Lâmpada Halógena: 12V x 55W; Fusível de proteção: 6A. Informação técnica Comprimento máximo: 187 cm Largura máxima: 95 cm Altura máxima: 190 cm Peso líquido no mínimo: 111 kg Voltagem: 220V Garantia mínima de 12 meses para o conjunto e de no mínimo 06 meses para o estofamento.	UN	2,00	KAVO/ UNIK	0,0000	9.440,00	18.880,00

Total do Participante ----->

18.880,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 79/2018 - PR

Processo Administrativo: 144/2018
Processo de Licitação: 144/2018
Data do Processo: 17/09/2018

Folha: 3/4

Participante: 411376 - CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Autoclave, indicada para esterilização a vapor sob pressão. Com no mínimo as seguintes especificações: - Digital - Bivolt automático - 127/220V - No mínimo 21 sistemas de segurança - Tampa e câmara em aço inox - Sem reservatório - Programa único de esterilização - Desaeração e despressurização automática - No mínimo 03 (três) bandejas anodizado - Potência mínima: 1.600 Watts - Frequência mínima: 50/60 Hz - Tamanho mínimo: 21 litros - Garantia mínima: 01 (um) ano	UN	6,00	ALT	0,0000	2.780,00	16.680,00

Total do Participante -----> 16.680,00

Participante: 411378 - VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Compressor de ar, totalmente isento de óleo, sem necessidade de lubrificação. Com no mínimo as seguintes especificações: - baixo nível de ruído; - pressostato com chave geral liga/desliga; - válvula de segurança; - relé térmico; - no mínimo dois manômetros; - filtro de ar; - filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório); - com no mínimo dois refs; - mangueira do motor metálica e flexível; - válvula de alívio; - monofásico - 220V - frequência mínima do motor: 60 Hz - fluxo de ar (vazão efetiva) no mínimo: 188 l/min (6,6,pc/min) - capacidade mínima do reservatório: 45 litros - potência mínima (motor): 1,13 CV (840W) - velocidade de rotação do motor: no mínimo 1750 RPM - no mínimo 04 polos do motor - no mínimo 02 pistões - garantia mínima de 01 (um) ano.	UN	4,00	MOTOMIL	0,0000	1.820,00	7.280,00

Total do Participante -----> 7.280,00

Participante: 411755 - SELIA M. HERMANS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	Ultrassom odontológico, remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supra gengival. Sem Bomba Peristáltica. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Acompanha duas capas da caneta. Chave geral luminosa localizada no painel. Pedal de acionamento único. Ajuste no painel. Executa procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária. Acompanha as pontas T1, T2 e T3. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI. Alimentação: Bivolt 127V/220V. Frequência: 50/60 Hz. Fusível: 1A 127V / 220V. Potência: 60 VA	UN	5,00	SCHUSTER	0,0000	1.390,00	6.950,00

Total do Participante -----> 6.950,00

Total Geral -----> 52.290,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 79/2018 - PR

CNPJ: 87.613.105/0001-02
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 144/2018
Processo de Licitação: 144/2018
Data do Processo: 17/09/2018

Folha: 4/4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Santo Augusto, 5 de Outubro de 2018

COMISSÃO:

Maristela Teresinha Siqueira da Silva -  - Pregoeiro(a)

Georgia Patricia do Nascimento Lima -  - Oficial Administrativo

 Kiamara Moreira Pofirio

 Pofirio

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

FABIO DUARTE PEREIRA -  - Representante

NILTON SANTOS DUARTE -  - Representante

MARCOS FERNANDO FACCHINELLO -  - Representante

ANDRE KARPISCHIN DE SOUZA -  - Representante

RODRIGO CAPELLARI -  - Representante

MARIO CESAR MATOS PINHEIRO -  - Representante

