

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, NALDO WIEGERT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 196/2018  
b) Licitação Nr.: 99/2018-PR  
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d) Data Homologação: 17/12/2018  
e) Objeto da Licitação: Contratação para fornecimento de materiais necessários ao Serviço de Inspeção Municipal-SIM/POA, coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente-SEDECOM, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI (411813)**

1	Fotômetro de Bolso para Cloro Livre e Total, faixa de medição de 0.00 a 3.50 ppm (mg/L), resolução 0.1ppm (mg/L), exatidão ± (0.05ppm +3% leitura), fonte de luz de diodo emissor 525nm, detector de luz de fotocélula de silício, temperatura de operação de 0 a 50°C (32 a 122°F), umidade de operação de 10 a 90%UR (sem condensação), alimentação de 1.5V (1pilha AAA alcalina), dimensões de 61x81,5x37,5mm, 2 cubetas de vidro e manual de instruções em português + Reagentes Líquidos para Cloro Livre. Garantia de 1 ano após o recebimento do produto. - Marca: AKSO	UN	1,00	0,0000	458,90	458,90
2	Conjunto contendo o pHmetro de bolso com eletrodo substituível, visor de LCD com identificação dupla (pH e temperatura), condensação automática de temperatura (ATC), faixa de medição de pH: 0.0 a 14.0 e temperatura: 0 a 50°C, resolução de pH 0.1 e temperatura de 0.1°C, exatidão de pH ± 0.1 e temperatura ±1°C, pontos de calibração de pH 4.0, 7.0 e 10.0, grau de proteção IP54, temperatura de operação entre 0 a 50°C, umidade de operação entre 5 a 90%UR (sem condensação), dimensões 38x188x38mm, peso de 85g, alimentação 6VDC (4pilhas LR44) e as soluções tampão pH 4, 7 e 10 e solução de armazenamento KCl (250ml cada solução). Garantia de 1 ano após o recebimento do produto. - Marca: AKSO	UN	1,00	0,0000	304,51	304,51
3	Termômetro digital tipo espeto com haste de penetração de aço inox com 115 mm de comprimento e 3.8mm de diâmetro e peso de 38g, faixa de medição entre -50°C a 200°C, temperatura de operação de -10 a 50°C, umidade de operação entre 10 a 90%UR (sem condensação), grau de proteção Ip65 (resistente a água) e alimentação de 1.5v (1 x Lr44). Com certificação de calibração. Garantia de 2 anos após o recebimento do produto. - Marca: AKSO	UN	1,00	0,0000	94,00	94,00

Santo Augusto, 17 de Dezembro de 2018.

-----  
NALDO WIEGERT  
Prefeito Municipal

CNPJ: 87.613.105/0001-02  
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465  
C.E.P.: 98590-000 - Santo Augusto - RS

Processo Administrativo: 196/2018  
Processo de Licitação: 196/2018  
Data do Processo: 30/11/2018

Folha: 2/2

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI (411813)**

4 Luxímetro digital com faixa de medição entre 0 a 50.000 Lux, resolução de 1Lux (escala 2.000Lux), 10Lux (escala 20.000Lux) e 100Lux (escala 50.000Lux), exatidão de $\pm 5\%$ + 2 dígitos, tempo de amostragem de 0,4 segundos, temperatura de operação de 0 a 50°C, umidade de operação entre 10 a 80%UR (sem condensação), dimensões: instrumento 70X118X29mm; sensor 60X100x29mm; cabo espiral 70 cm (estendido), alimentação 9Vdc (1 bateria 6LR61 ou 6F22), peso de 190g (com bateria), deve conter as funções de indicação de troca de bateria no visor, ajuste em 0Lux e congelamento da leitura, acompanhado de tampa de proteção da lente e estojo para transporte e armazenamento. Com certificação de calibração. Garantia de 2 anos após o recebimento do produto. - Marca: AKSO	UN	1,00	0,0000	256,00	256,00
--	----	------	--------	--------	--------

**Total do Fornecedor: 1.113,41**

**Total Geral: 1.113,41**

Santo Augusto, 17 de Dezembro de 2018.

-----  
NALDO WIEGERT  
Prefeito Municipal